



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MA-PR-002
Versión: 1 Fecha Actualización: 28/06/2016
Página: 1 de 2

Fecha Emisión	Revisión #	Auxilio Mantenimiento	Nº Orden
---------------	------------	-----------------------	----------

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
Código Equipo	Nº-617B	Fecha Inicio	17/09/21 7:30
		Fecha Fin	18/09/21 9:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FAJLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro lateral	1	SI	X
					SI	SI
					SI	SI
					SI	SI
					SI	SI
					SI	SI
					SI	SI

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HONORARIO	PRELADOS	CUBIERTOS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		PIA (SI/NO)	"Fuga x"	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)
					SI	NO	SI	SI											
9629	6.0	82.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correctos		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		30 min		Genero alarma		SI		SI		SI		SI		SI		Correctos		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X		1. ESTADO DE MANGUERAS		SI		SI		SI		SI		SI		Correctos		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		SI		SI		SI		Correctos		

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado PIA S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		Correcto
7	Otros		Correcto

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
Tamiz		2			

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Genero Alarma)	Se verifica activación de alarmas (L1, L2 - ED)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED fijas x LED amarrillo y (L1)-(L2)-ED)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Correcto
4	Desconexión forzada de fuga	Desconexión leve electrónica	Correcto
5	Activación de válvula de aire	Genero mensaje en pantalla y en voz de conexión	Correcto
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRELADOS	CUBIERTOS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		PIA (SI/NO)	"Fuga x"	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)
					SI	NO	SI	SI											
9631	6.4	94.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto Adecuadamente		