



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO  
Codigo: OAD-MAN-FR-006  
Version: 1  
Fecha Actualización: 26/08/2013  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenedor: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: MV-40293 Fecha Inic: 03/04/11 7:33 Fecha Fin: 07/09/11 9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PLAGA, DAÑO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various types of damage and repair status.

DETALLE DE ACCIONES REALIZADAS POR PASADIZO

En Mantenimiento: HIGIENIZADO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (62.90.7), tests (2 hours), and observations (Man 7 Correctivo).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc., with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado: frega base reportada por dueño, no se cambia porque el arreglo que realizo el paciente esta hecho con lamina dando buen soporte

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Maniguera tamaño 2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo + 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', etc., with handwritten results.

En Mantenimiento: HIGIENIZADO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (62.92.5) and observations (frecuencia considerablemente).