

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **D1190 B15019** Fecha Inicio: **13/04/12** 9:50 Fecha Fin: **15/04/12** 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	COMENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUERIDO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DAÑO, POR FAVOR:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CURSERO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-10)	Pila (E-20)	"Flujo a F" (E-30)				BASE (E-100)	MARKA (E-100)		
	6413	80	21.7											Baja pureza Oxycenter

1. CICLADO: Tiempo de la prueba _____ Control Alarma: SI No Cua? _____

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: _____ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o farte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujónete)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión la pila de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CURSERO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-10)	Pila (E-20)	"Flujo a F" (E-30)				BASE (E-100)	MARKA (E-100)		
	6413	80	50.1											Equipo Baja pureza Oxycenter FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Wilmar G.</i>