OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Código Equipo | NN-2511B | Fecha Inicio | 19/07/21 5:05 | Fecha Fin | 21/07/21 10:45 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Filtro Control | Y | | Si X | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (90%-95%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (Si-No) | HUELLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: RUEDA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13086 | 5,6 | 86.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Mant. Correctivo Lo |

| 1. PICLADO | Tiempo de la prueba | 7 min | Generó Alarma | No | X | Cuál? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno X / Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

| 6. ESTADO DE LAS [illegible] | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | [illegible] | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| | Conexión electrónica | Se verifican [illegible] | OK |
| | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| | Otros | | |
| | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manguera tubo refrigeración | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarma [illegible] | ES |
| | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual [illegible] | No |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activa la alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida [illegible] compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (90%-95%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (Si-No) | HUELLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: RUEDA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13087 | 5.4 | 94.6 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]