ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Emisión		Revisión #		Autor Mantenimiento	
FORMATO					
Código	GAT-MAN-PR-029				
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019				
Página 1 de 2					
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-205 B	Fecha Inicio	14/07/21 9:01	Fecha Fin	14/07/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN (O) SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLE RADICADO DE DAÑOS POR PLAGAS

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	ICC RELES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MUDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(0-7 PSI)	(95% - 99%)	(5-6Lts)	(5-6s)	(5-6s)	(LO-0S)	(5s-6s)	(5s-6s)	(5s-6s)	(50-500)	(51-100)	(5s-6s)	
7884	6.2	93.2	5	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Plan 7. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Garrafa Abierta	NA	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Si		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar estado de la pila	V 6V
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible] del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifico sonido al es agudo o fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre Rápido)	Se verifico activación de alarma [illegible]	LO
2	Flujo Alterno	Se verifico activación de alarma [illegible] ED amarillo y [illegible]	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bajada de flujo	Desconexión [illegible]	OK
5	Activación en válvula de vacío	Genera una alarma de sonido no [illegible]	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	RELE'S	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MUDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(0-7 PSI)	(95% - 99%)	(5-6Lts)	(5-6s)	(5-6s)	(LO-0S)	(5s-6s)	(5s-6s)	(5s-6s)	(50-500)	(51-100)	(5s-6s)	Funcione Correctamente
7886	6.2	90.7	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	HORA FINALIZACIÓN: [illegible]