ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código	OADMAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-3907B | Fecha Inicio: 14/04/21 7:31 | Fecha Fin: 14/04/21 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SITUACIÓN REPORTADA POR EL OPERARIO DE SERVICIO

FALLA	RAYO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TÉCNICO:

DIAGNÓSTICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXÍGENO (93% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-OS)	RELILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 640)	BARRAS (10 - 362)	RUEDAS (20 Lts)	OBSERVACIONES
	524	6.3	89.5	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 20 min | Genera Alarma: (X) | SI [X] | Cual? No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno 5; Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.6. V	Verifica voltaje de la pila	4.9v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Instalación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXÍGENO (93% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-OS)	RELILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 640)	BARRAS (10 - 362)	RUEDAS (20 Lts)	OBSERVACIONES
	526	6.3	94.8	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.