OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-2265 B	Fecha Inicio	14/09/21 7:30	Fecha Fin	14/09/21 9:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5-6Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10-Hs)	Pila (10-Hs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10-Hs)	FILTROS (20-Hs)	BASE (20-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-100)	MANGA (20-100)	RUEDAS (20-Hs)	OBSERVACIONES
	30'12	6.3	94.5	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	7.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED sensible y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5-6Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10-Hs)	Pila (10-Hs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10-Hs)	FILTROS (20-Hs)	BASE (20-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-100)	MANGA (20-100)	RUEDAS (20-Hs)	OBSERVACIONES
	30'12	6.3	94.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	No	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.