ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 04/03/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3478B | Fecha Inicio: 14/5/21 7:30 | Fecha Fin: 14/5/21 9:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ANOTAR LAS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	AL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO
					SI / NO	SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR CLIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5-6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/no)	Pila (Si/no)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RE-RILLAS (Si/no)	FILTROS (Si/no)	BASE (Si/no)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI/NO)	RUEDAS (Si/no)	OBSERVACIONES
	9545	6.1	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma [X]	SI [ ]	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]	Malas [ ]
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno [Si]	Con Retrocalentamiento [ ]	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		Buck
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Actividad	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clorox Rojo/verde)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO / ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bujeta de flujo	Desconexión fisica eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5-6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/no)	Pila (Si/no)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RE-RILLAS (Si/no)	FILTROS (Si/no)	BASE (Si/no)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI/NO)	RUEDAS (Si/no)	OBSERVACIONES
	9546	6.1	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Fumigar cerca tomas de

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.