ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Asesor Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DH190B15074	Fecha Inicio	14/05/21 10:02	Fecha Fin	14/05/21 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES REPORTADOS POR PACIENTE

Horómetro (Hrs)	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (85%-95%)	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Mallas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Marca	Ruedas	Observaciones
8230	8.0	21.9											Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	Si		No	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	[illegible]	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido [illegible] agudo o fuerte	
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

Código	Descripción	Cant	Código	Descripción	Cant

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación [illegible]	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta flujo eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Horómetro (Hrs)	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (85%-95%)	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Mallas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Marca	Ruedas	Observaciones
8230	8.0	50.0											Presenta Baja Pureza Oxycenter

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.