OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: [illegible]
		Versión 1 · Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4486B	Fecha Inicio	21/09/2021 2:02	Fecha Fin	21/09/2021 2:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro Central (desgaste)	1		Si	✓	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES [illegible]

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	9585	6.1	89.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma		X			Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje [illegible]	5.1V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma Visual [illegible]	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión [illegible]	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida [illegible]	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	9587	6.0	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]