OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: [illegible] Versión: 1 Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-135B	Fecha Inicio	21/09/2021 2:43	Fecha Fin	21/09/2021 4:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES REPORTADOS DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo (E5)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MANGA (Si-No)	(Si-No)	Mnto Correctivo
	20491	6.1	70.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	No	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Control Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	[illegible]	X	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica operación neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	[illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	E5
2	Flujo Máximo	[illegible]	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión tarjeta eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (E5)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MANGA (Si-No)	(Si-No)	Correcto funcionamiento
	20493	6.0	94.7	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA AUXILIAR [illegible]: [signature]