OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		No. Orden	

Codigo Equipo	Mw-2852 B	Fecha Ini	21/09/21	7:37	Fecha Fin	21/09/21	9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro Lateral	1		X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pér.	Flujo	FILTROS			CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MASA	RUEDAS	OBSERVACIONES
4842	6.3	89.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 min				E1
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — Si

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			4.6
2			OK
3			OK
4			OK
5	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma sea aguda o fuerte	Aguda
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1			ES
2			LO
3			OK
4			OK
5			OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pér.	Flujo		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MASA		OBSERVACIONES
4844	6.3	93.1	Si	Si	Si	E3	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Concentrador funcionando correctamente

Wilmer L.