



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMAS
Código: OAS-UM-FE-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Realización	Revisión #	Acción Mantenimiento	No. Orden
-------------------	------------	----------------------	-----------

Código Equipo	172JSS 1962JB	Fecha Inicio	18/09/21 12:03	Fecha Fin	18/09/21 13:51
---------------	---------------	--------------	----------------	-----------	----------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FECHA	TIPO DE FALLA	CANTIDAD	REPARO	REPOSTO CAMBIADO

INDICADORES DE CALIDAD Y DATOS POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTRADO	SAKIC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Tiempo a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)	(SI/NO)				
424	18.3	54.9	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	OK!	Practico		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Desaró Alarma		OK		SI		CANT?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Buena
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Revisión	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo/vent)	Se verifica activación de alarmas (1-13-ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica estufas de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y 11-14-02)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Cambio manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTRADO	SAKIC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Tiempo a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)	(SI/NO)		
425	18.3	54.6	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Fuera Correctamente	
														FECHA MANTENIMIENTO	18/09/21