ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Codigo Equipo	MV-4138	Fecha Inicio	15/09/21 9:12	Fecha Fin	15/09/21 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO CON FALLA POR EL CLIENTE

FALLA	DAÑO	FASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	¿CONFIRMADO?	REPUESTO CAMBIADO	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	
					Si / No	Si / No	

OBSERVACIONES DE LOS DAÑOS REPORTADOS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3–7 PSI)	OXIGENO (85%–95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm)	Pila (10 lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10 lpm)	FILTROS (10 lpm)	BASE (10 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10–100)	MANIJA (10–100)	RUEDAS (10 lpm)	OBSERVACIONES
	95	6.2	71.4	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tornillo	2			
	Manguera Alta presión	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3–7 PSI)	OXIGENO (85%–95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lpm)	Pila (10 lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10 lpm)	FILTROS (10 lpm)	BASE (10 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10–100)	MANIJA (10–100)	RUEDAS (10 lpm)	OBSERVACIONES
	97	6.4	95.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.