ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-415:B	Fecha Inicio	4/09/21 7:32	Fecha Fin	15/09/21 10:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O DAÑO REPORTADO POR EL CLIENTE

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	ANTIGUO	CUPS/PDR	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8–7 PSI)	CAUDAL (85% – 95%)	FLUJÓMETRO (5–6lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5–6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5–6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5–6s)	FILTROS (5–6s)	BASE (5–6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55–56s)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (55–56s)	RUEDAS (5–6s)	OBSERVACIONES
	11033	6.1	89.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	LO	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Ok OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera flujo regulación	1			
	Tomi 2	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL – LO – ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8–7 PSI)	CAUDAL (85% – 95%)	FLUJÓMETRO (5–6lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5–6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5–6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5–6s)	FILTROS (5–6s)	BASE (5–6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55–56s)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (55–56s)	RUEDAS (5–6s)	OBSERVACIONES
	11035	6.4	95.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO