



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
CAG-MAN-PP-026  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Realización: \_\_\_\_\_ Remite a: \_\_\_\_\_ Asistir Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **AN-1450** Fecha Inicio: **14/09/21** 9:30 Fecha Fin: **15/09/21** 8:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

TALLER / BARRIO	CLASE DAÑO	PLAGA	NO.	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	ANTICIPA	PREPARATE	REFUGIO CERRADO
<b>X</b>								<input checked="" type="checkbox"/> X
		<b>Base pila lateral</b>						<input checked="" type="checkbox"/> X
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CARGA	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUELAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION	PILA	FLUJO A D	REFLEJO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			
<b>15/09/21</b>	<b>6.3</b>	<b>90.1</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>Man. Correctivo</b>
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		<b>40 min</b>		Genero Alarma		No		<b>X</b>		Coef?		<b>Lo</b>
2. RUIDO EXTRAÑO		<b>SI</b>		<b>X</b>		3. ESTADO DE MANGUERAS		<b>SI</b>		Mater		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		<b>SI</b>
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		<b>Buena</b>		7. CONTROL DE TEMPERATURA		<b>Buena</b>		<b>SI</b>		Cin Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	<b>4.7V</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión normal del equipo	<b>OK</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>OK</b>
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>OK</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	<b>func</b>
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	<b>fami?</b>	<b>2</b>			

No.	Prueba / Verificación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Filtros)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	<b>ES</b>
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-E2)	<b>LO</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>OK</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	<b>OK</b>
5	Activación de válvula de alivio	Control reemplazo de aceite de compresor	<b>OK</b>
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CARGA	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUELAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION	PILA	FLUJO A D	REFLEJO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			
<b>15/09/21</b>	<b>6.3</b>	<b>94.6</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>Funcion Correctamente</b>
FIRMA MANTENIMIENTO													<b>Walmey G</b>	