OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	
Versión: 1	Fecha Actualización:
	Página 1 de 1

Fecha Recepción		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-1523 B	Fecha Inicio	14/09/21 9:54	Fecha Fin	14/09/21 11:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN			REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento Hrs	Horómetro	Pureza	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de Alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Filtros	Filtros	Base	Código de Daños		Ruedas	Observaciones
6131	64	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Mant. correcto Ca

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	37 min			X

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS ...		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	...

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			SV
	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
		... equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Pitido
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = ...	Se verifica ...	ES
		Se verifica activación de alarma ... LED amarillo ...	NO
	Desconexión eléctrica	Activación alarma ...	OK
	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión ...	OK
	Activación de ...	...	OK
	Otro		
	Otro		
	Otro		

Hrs	Horómetro	Pureza	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de Alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Filtros	Filtros	Base	Código de Daños		Ruedas	Observaciones
6133	6.494.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si			Si	Funciona correctamente

Wilmer G.