OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: [illegible] Versión: 1 · Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de 3

[illegible]		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin	
[illegible] Equipo	NV-192B	Fecha Inicio	14/sep/21 10:00	Fecha Fin	14/sep/21 12:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

[illegible]

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18690	6.1	87.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correcto

[illegible]	Tiempo de la prueba	25 min	Generó Alarma	No		Si	X	[illegible]	Lo

1. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. [illegible] DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS [illegible]		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otro:		
	Otro:		

Descripción del [illegible] identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión [illegible] de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	[illegible]	Obstruir mangueras de [illegible]	OK
6	[illegible]		
7	[illegible]		
	[illegible]		

[illegible]	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18700	6.4	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA [illegible]: [signature] G.