



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-AMM/PK-005  
Version: 1 Fecha Actualizacion: 05-04-2019  
Página 1 de 3

Fecha Recepción: Remedio #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: 5N0115073 Fecha Inicio: 16/05/21 9:27 Fecha Fin: 16/05/21 11:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Form with sections: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OIBRADO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexion, Pila, "Flujo a 2"), HIEJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes checkboxes for 1. CICLADO, 2. RUÍDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANDUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 2 (Corte Regulador)', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Form with sections: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OIBRADO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, HIEJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes and a signature 'Hilmy G.'.