

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**  
 Código Equipo: **AN-42436** Fecha Inicio: **16/07/21** 7:51 Fecha Fin: **16/07/21** 9:09

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA** SI  NO  **FECHA INICIO AISLAMIENTO** \_\_\_\_\_ **FECHA FIN AISLAMIENTO** \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUEJAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN (SI/NO)			"Flujo a 0" (SI/NO)			BASE					
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)
140901	6.4	94.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1607- preventivo		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		TO (Cambio)			General Alarma			NO			Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena			4. SISTEMA DE REFRIGERACION			SI	NO			
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena			SI			Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Lo
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Buena
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Buena
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Buena - fuerte
6	Otra		
7	Otra		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 0 (Carta Supratodo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	EX
2	Fuga Mayor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactivación línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otra		
7	Otra		
8	Otra		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUEJAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN (SI/NO)			"Flujo a 0" (SI/NO)			BASE				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
140901	6.4	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1607- preventivo		
FIRMA MANTENIMIENTO													Wilmer G.		