ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-529B	Fecha Inicio	16/04/18 7:30	Fecha Fin	16/04/18 8:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Central (Desgaste)	1		Si X		No	
			Filtro Lateral (Desgaste)	2		Si X		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (20% - 24%)	FLUJÓMETRO (5-6lm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6lm)	Pila (5-6lm)	"Flujo a 0" (LD-EB)	REJILLAS (5-6lm)	FILTROS (5-6lm)	BASE (5-6lm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5-6lm)	MANGUERA (5-6lm)	RUEDAS (5-6lm)	OBSERVACIONES
	16074	6.0	93.2	5	Si	Si	ET	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Genera Alarma	No	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		5	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DEL TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - EB)	ET
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EB)	1a
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (20% - 24%)	FLUJÓMETRO (5-6lm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6lm)	Pila (5-6lm)	"Flujo a 0" (LD-EB)	REJILLAS (5-6lm)	FILTROS (5-6lm)	BASE (5-6lm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5-6lm)	MANGUERA (5-6lm)	RUEDAS (5-6lm)	OBSERVACIONES
	16075	6397.6	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]