OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	GAD-MAN-FR-009
		Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2010
			Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM250617058	Fecha Inicio	11/09/21 10:40	Fecha Fin	11/09/21 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

BITOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90%-99%)	FLUJÓMETRO (50-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-Hz)	Pila (50-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-Hz)	FILTROS (50-Hz)	BASE (50-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-Hz)	MANIJA (50-Hz)	RUEDAS (50-Hz)	OBSERVACIONES

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Equipo no enciende

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sentido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico Identificado	Equipo presenta daño en el cable de poder

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90%-99%)	FLUJÓMETRO (50-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-Hz)	Pila (50-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-Hz)	FILTROS (50-Hz)	BASE (50-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-Hz)	MANIJA (50-Hz)	RUEDAS (50-Hz)	OBSERVACIONES
														Equipo de Oxycentor

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.