ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F5C201811 00000027	Fecha Inicio	17/09/21 7:32	Fecha Fin	17/09/21 9:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REQUIERE CAMBIO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

ANTES DE INICIAR MANTENIMIENTO

2. DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-6Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (10-15Ls)	FILTROS (21 Ls)	BASE (5L-6Ls)	CODIGO DE BARRAS: BASE (10-15Ls)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (10-15Ls)	RUEDAS (5Ls)	OBSERVACIONES
	802	6.3	94.3	Si	Si	Si	4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	50 min	Generó Alarma	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Pegas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

4. REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LS - ES)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LS-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

6. ESTADO DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-6Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Ls)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (10-15Ls)	FILTROS (21 Ls)	BASE (5L-6Ls)	CODIGO DE BARRAS: BASE (10-15Ls)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (10-15Ls)	RUEDAS (5Ls)	OBSERVACIONES
	804	6.4	94.0	Si	Si	Si	4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcionan Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO