ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	nov 2691B	Fecha Inicio	17/09/21 7:30	Fecha Fin	17/09/21 9:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/OPERACION DE RUTINA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DIAGNOSTICO/SOLUCION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (2.5 Hz)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - 40)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	16981	4.5	32.7	5 l	5 l	5 l	2.0	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	Mtto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	El	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5 l		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Termix	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (2.5 Hz)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (20 - 40)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	16982	6.3	95.9	5 l	5 l	5 l	2.5	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO