ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-006
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-27493 | Fecha Inicio: 18/09/21 8:43 | Fecha Fin: 18/09/21 10:35

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

ENTIDAD REQUIRIENTE O PROPIETARIO DE EQUIPO

DETALLES ADICIONALES O DAÑOS POR PACIENTE:

Es Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO)	Fija (SI/NO)	"Flujo a 0" 3.5 lpm	REALLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO)	MANGUERA (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES
21381	6.0	91.1	5L	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	No? preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90min | Genera Alarma: SI X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Retrocalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser apagado y fuente	Fuente
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - LS)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LB-LS)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Descarnecs líneas eléctricas	OK
5	Activación de válvula de alivio	Chequeo manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO)	Fija (SI/NO)	"Flujo a 0" 3.5 lpm	REALLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO)	MANGUERA (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES
21382	6.1	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correctivo Mantenimiento

FIRMA MANTENIMIENTO | FIRMA USUARIO