OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-443B	Fecha Inicio	13/09/21 7:31	Fecha Fin	13/09/21 9:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

[illegible]

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
13659	6,3	93,9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	[illegible]	X	[illegible]		[illegible]
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	[illegible] X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE [illegible]	[illegible]	Si	Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.I. V	[illegible]	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexiones electrónicas	[illegible]	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma del equipo sea fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	Es
2	Flujo Máximo	[illegible]	5
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	activo
5	Activación de válvula de paso	[illegible]	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Funciona Correctamente
13655	6.4	93.7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]