OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OADMAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Pagina 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F5AB2A2002000127	Fecha Inicio	18/09/21 7:32	Fecha Fin	18/09/21 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DEL PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: Bueno (Si-No)	Ilegible (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2358	6.8	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Correcto/Alarma	X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Si	Cual Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V		4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica sonido de presencia del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		ES
2	Flujo Minimo		Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexion tarjeta de flujo		Bueno
5	Activación en bateria de alarma		Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo ≤ 5" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: Bueno (Si-No)	Ilegible (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2359	6.7	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA AUXILIAR LOGISTICO: Wilmer G.