ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-039
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	SN0137196	Fecha Inicio	18/09/21 7:45	Fecha Fin	18/09/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO POR USUARIO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	KIL REPORTA	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (SI/No)	FILTROS (SI/No)	BASE (SI/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI/No)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	18579	6.5	93.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	TERCIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (SI/No)	FILTROS (SI/No)	BASE (SI/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI/No)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	18590	6.5	92.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO