ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: 01-01MM-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 09/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN - 4119B | Fecha Inicio: 22/09/21 9:02 | Fecha Fin: 22/09/21 10:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

REFACA	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CASOS CONTAGIADOS

En Mantenimiento	NO GÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5"	REALLAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Bar)	(0-7 PSI)	(95%-99%)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(Cinta)	Mant.
	11947	6.5	93.0	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento [ ]

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Cambio Pila S.S. V	[illegible]	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica emisión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	[illegible]	[illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de regulado o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del equipo no utilizado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (0L - 0C - 0S)	85
2	Flujo Normal	[illegible]	20
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bomba de flujo	Desconexión total el sistema	OK
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Mantenimiento	NO GÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5"	REALLAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Bar)	(0-7 PSI)	(95%-99%)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(0-90)	(Cinta)	Funciona
	11947	6.993.0	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctamente

Firma Responsable: [illegible]