OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: GAD-MAN-FR-029 | Versión: 1 | Fecha Actualización: [illegible] | Página 1 de 2

Fecha Revisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-2697 B	Fecha Inicio	20/09/21 9:05	Fecha Fin	20/09/21 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Filtro Lateral	1		Si ✓	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES SOBRE REPARACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PFe (Si-No)	"Flujo a 0" (ES-EA)	[illegible] (Si-No)	[illegible] (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
20622	6.0	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Sonó Alarma	X		

2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	[illegible] TEMPERATURA	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pss S.S. V	[illegible]	4 6v
2	Prueba de Fugas	Se verifican [illegible]	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	[illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica [illegible]	10
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Bueno
5	Activación de ventilador [illegible]	[illegible]	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PFe (Si-No)	"Flujo a 0" (ES-EA)	[illegible] (Si-No)	[illegible] (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
20624	6.2	92.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]