



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
 Código: GAD-MA-PP-038
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/03/2010
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revision # _____ Auxiliar Mantenedores: _____

Código Equip: **MU-2199 B** Fecha Inicio: **20/09/21** 9:03 Fecha Fin: **20/09/21** 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA / DAÑO / CALENTAMIENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPARADO
	Resilla lateral	1		X

En Mantenimiento

HIDROMETRO	PRESION	JORNADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	PIA	"Flujo a E"				BASE (11-10)	MINIA (11-10)	11-11		
6.5	75.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Fuera Correctamente

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min** Generar Alarma 2. RUIDO EXTRAÑO: 3. ESTADO DE MANIJERAS: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____ 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena** 8. Con Sobrecalentamiento: **SI**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.2V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK
6	Otro:		fuerte
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulador	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo) e LED amarillo (L1-L3-E3)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstacul manguero de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento

HIDROMETRO	PRESION	JORNADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	PIA	"Flujo a E"				BASE (11-10)	MINIA (11-10)	11-11		
6392.6	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Fuera Correctamente

1243 **6392.6** **SI** **SI** **SI** **ES** **SI** **SI** **SI** **NO** **SI** **SI** **SI** **SI** **Firma Mantenedores: W. L. Montoya**