OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	HV-736B	Fecha Inicio	20/09/21 7:32	Fecha Fin	20/09/21 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DE DAÑOS REPORTADOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (ES-OS)	FILTROS (Si-No)	[illegible] (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10189	6.4	91.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Sonó Alarma	X			Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Bueno X	Malas	**4. SISTEMA DE REFRIGERACION**	Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si	Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	9.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	OK / agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplicador)	Se va[illegible]	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma [illegible]	EO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible]	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (ES-OS)	FILTROS (Si-No)	[illegible] (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	10190	6.1	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]