ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	

No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-2355 B	Fecha Inicio	20/09/21 7:32	Fecha Fin	20/09/21 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	SOBREDAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES / OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	FALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si-No)	Maleta (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	6658	6.3	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	8 min	Genera Alarma	Si		Si	X	Cuál?	E1
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo

4. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	[illegible] / Si / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tamiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Alarma flujómetro)	Se verifica [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica el rotación de alarma [illegible]	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma [illegible]	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta toma eléctrica	Bueno
5	Actuación de válvula de alivio	Obstruir [illegible]	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	FALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si-No)	Maleta (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	6659	6.3	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]