ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-ENG-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 3

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4105B	Fecha Inicio	22/09/2021 2:23	Fecha Fin	22/09/2021 3:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIÓN DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	EL ARCADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE FALLAS/DAÑOS REPORTADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (10-15)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Psi)	PRUEBAS DE ALARMA: PSI (30-40)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (10-15)	FILTROS (10-15)	BASE (10-15)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10-15)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (10-15)	RUEDAS (10-15)	OBSERVACIONES
	1089	6.0	82.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	General Alarma	No		Si	X	Cual?	LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica nivel de carga	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Revisación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación [illegible]	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora LO Para LES preactivar (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta luces electricas	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire se infla	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (10-15)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Psi)	PRUEBAS DE ALARMA: PSI (30-40)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (10-15)	FILTROS (10-15)	BASE (10-15)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10-15)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (10-15)	RUEDAS (10-15)	OBSERVACIONES
	1090	6.0	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Wilmer G. Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer