



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
040 00000000
Versión 1
Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **mv-310B** Fecha Inicio: **23/07/21** 9:12 Fecha Fin: **23/07/21** **10153**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	E. REQUIERE	REPUERTO CAMBIADO
			Filtro lateral (Desaceler)	1		SI X NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OMELINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
1350		6.5927	5:	5:	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO SI	SI		Mant. Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma	X								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno X									
3. DIARIS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena					SI	Con lubricación		

Nº	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otro:		puete
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Neumático)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-L3)	ES
2	Fuga Neuma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1,L2-L3)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de flujo	Cerrar manguea de salida de aire del compresor	OX
6	Otro:		OX
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OMELINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a F" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
1351		6.4922	5:	5:	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO SI	SI		Fuersona consecutivamente Wilmay G.