

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO QAD-1430-001-002 Versión 1 Fecha Actualización: 02/05/19 Página 1 de 3	
Fecha Recepción:	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden			
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO							
Código Equipo	NW-3424B		Fecha Inicio	25/09/20	7:30	Fecha Fin	28/09/20
						9:24	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y		FECHA INICIO AISLAMIENTO	
						FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	CAUSAS	FEASE CAUSAS	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	NO AISLADO
							SI
							No
							SI
							No
							SI
							No
							SI
							No
DETALLES ADICIONALES ORDEN POR PAGAR							

OBSERVACIONES															
En Mantenimiento	HONORARIO	PRECIO	OBRERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Paga a C" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)
2123	6.2	92.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		9 min		Generó Alarma		No		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Máx.		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.B.V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
3	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutralita del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarmas (LL - LU - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LU-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de Bsp	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alfa	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

OBSERVACIONES															
En Mantenimiento	HONORARIO	PRECIO	OBRERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Paga a C" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)
2123	6.3	91.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente
													FIRMA MANTENIMIENTO	Walter G.	