ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2680B	Fecha Inicio	24/09/2021 2:02	Fecha Fin	24/09/2021 2:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO DIFERENTE A SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vdc)	Pila (5 Vdc)	"Flujo 0 lt" (12 Vdc)	REJILLAS (0 - Vdc)	FILTROS (0 - Vdc)	BASE (0 - 5cc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 5cc)	BOTELLA (12 - 24cc)	RUEDAS (12 Vdc)	OBSERVACIONES
970	6.2	950	SI	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vdc)	Pila (5 Vdc)	"Flujo 0 lt" (12 Vdc)	REJILLAS (0 - Vdc)	FILTROS (0 - Vdc)	BASE (0 - 5cc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 5cc)	BOTELLA (12 - 24cc)	RUEDAS (12 Vdc)	OBSERVACIONES
970	6.0	940	SI	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO