ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-039
Versión 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	DM200617068	Fecha Inicio	24/09/2021 2:35	Fecha Fin	24/09/2021 4:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 94%)	FLUJOMETRO (0 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1ac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1cc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-02)	ROEDLAS (0 - 1cc)	FILTROS (0 - 1cc)	BASE (0 - 1cc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01 - HC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (01 - HC)	RUEDAS (0-1cc)	OBSERVACIONES
	2675	7.0	95.4	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	N/A
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sentido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 02)	N/A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-02)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 94%)	FLUJOMETRO (0 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1ac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1cc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-02)	ROEDLAS (0 - 1cc)	FILTROS (0 - 1cc)	BASE (0 - 1cc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01 - HC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (01 - HC)	RUEDAS (0-1cc)	OBSERVACIONES
	1694	7.0	95.4	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.