

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: OAD-MAN/PFR-005 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2018 Página 1 de 2	
Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	NW-4525B		Fecha Inicio	24/09/21	10:06	Fecha Fin	25/09/21
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	BAROMETRO	PROBACION	OSCILOSCOPIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULADOR	FLUJOS	VALVULAS	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	PHC	0-1700	001-004	0140	Desconexión	Pila	"Fijo a 1"	REG-100	FL-100	VALV	BAR	WAGA	RUEDAS	
	630	6.275.0	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		45 min	Generador Alarma		No					Coef	Co	
2. RUJDO EXTRAÑO		SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera fume k	1			
	Regulador presión	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fuga Menor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-L3-E5)	Co
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrado de alarma	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PROBACION	OSCILOSCOPIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULADOR	FLUJOS	VALVULAS	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	PHC	0-1700	001-004	0140	Desconexión	Pila	"Fijo a 1"	REG-100	FL-100	VALV	BAR	WAGA	RUEDAS	
	630	6.275.0	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FIRMA MANTENIMIENTO													William H.	