OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1656B	Fecha Inicio	27/09/21 7:30	Fecha Fin	27/09/21 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FECHA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ENVIOS A REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

DETALLES DE PROBLEMAS DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ø-T PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ø-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ø-Hrs)	Pila (Ø-Hrs)	"Flujo o 0" (LOW)	REJILLAS (Ø-Hrs)	FILTROS (Ø-Hrs)	BASE (Ø-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ø-NO)	MANGA (Ø-NO)	RUEDAS (Ø-Hrs)	OBSERVACIONES
	9343	6.0	84.7	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	41 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cuál?	Lo

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Sv
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica tambien si es aguda o fuerte	puerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejilla)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ø-T PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ø-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ø-Hrs)	Pila (Ø-Hrs)	"Flujo o 0" (LOW)	REJILLAS (Ø-Hrs)	FILTROS (Ø-Hrs)	BASE (Ø-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ø-NO)	MANGA (Ø-NO)	RUEDAS (Ø-Hrs)	OBSERVACIONES
	9345	6.1	94.4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]