ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	M - 16963	Fecha Inicio	23/09/21 7:33	Fecha Fin	23/09/21 9:54		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Filtro Lateral		L		SI	10	No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 25%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo o 0" (LO-SD)	BOBILLAS (51 Hrs)	PILOTOS (50 Hrs)	BAJOS (50 Hrs)	CODIGO DE BARRAS: ROJO (51 - 100)	AMARILLO (101 - 150)	NUEVOS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	19941	6.2	93.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifica voltaje de la pila	9.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apoto o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 25%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo o 0" (LO-SD)	BOBILLAS (51 Hrs)	PILOTOS (50 Hrs)	BAJOS (50 Hrs)	CODIGO DE BARRAS: ROJO (51 - 100)	AMARILLO (101 - 150)	NUEVOS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	19946	6.2	92.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Finaliza Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.