ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SKD-MAN-FR-026
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Asistir Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-1445 B	Fecha Inicio	28/09/2021 7:04	Fecha Fin	28/09/2021 9:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO					

														Si		No		
														Si		No		
														Si		No		
														Si		No		
														Si		No		
														Si		No		
														Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLILLAS (SI - No)	ELÉCTRICOS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGUA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	1508	6.0	95.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Mins	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLILLAS (SI - No)	ELÉCTRICOS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGUA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	1500	6.0	95.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO