OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-020
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Asesor Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-4803B | Fecha Inicio: 28/09/2021 7:01 | Fecha Fin: 28/09/2021 8:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DEL EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CITADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10-15L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-10s)	Pila (0-10s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (ES - No)	FILTROS (ES - No)	BASE (ES - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ES - NO)	MANGA (ES - NO)	RUEDAS (ES-No)
4614	6.4	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 mins | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10-15L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-10s)	Pila (0-10s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (ES - No)	FILTROS (ES - No)	BASE (ES - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ES - NO)	MANGA (ES - NO)	RUEDAS (ES-No)
15616	6.2	93.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si

OBSERVACIONES: Correctivo Fincamiento

FIRMA MANTENIMIENTO