ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	GN 0194002	Fecha Inicio	28/09/2021 2:08	Fecha Fin	28/09/2021 3:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	3900	6.1	94.4	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mato Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Mins	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	N/A
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N/A
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	3921	6.0	94.0	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Infalmente.