OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: GAD-MAN-FR-006
		Versión: 1 Fecha Actualización: 01/08/2018
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4486B	Fecha Inicio	28/09/2021 2:04	Fecha Fin	28/09/2021 3:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

ESTADO ADICIONAL DADO POR PACIENTE

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RIGILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - SI)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
	0589	3.3	30.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 mins	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena X Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tamiz				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RIGILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - SI)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
	0590	6.1	94.4	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	