ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-039
Versión: 1	Fecha Actualización: 04/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3618B | Fecha Inicio: 29/09/2021 11:34 | Fecha Fin: 29/09/2021 2:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	ADJUNTO EVIDENCIA	
			Filtro Lateral (Desgaste)	2		SI X	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

VISITA REALIZADA POR: OPERADOR DE SERVICIO

SOLICITUDES ADICIONALES CARGOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (5l-6lx)	"Flujo > 5" (5l-6lx)	FILTRAJE (5l - 6lx)	FILTROS (5l - 6lx)	BASE (5l - 6lx)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lx)	BARRAS (5l - 6lx)	RUEDAS (5l - 6lx)	OBSERVACIONES
	5976	6.1	95.2	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Generó Alarma: No X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno X | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Nebulmatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (5l-6lx)	"Flujo > 5" (5l-6lx)	FILTRAJE (5l - 6lx)	FILTROS (5l - 6lx)	BASE (5l - 6lx)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lx)	BARRAS (5l - 6lx)	RUEDAS (5l - 6lx)	OBSERVACIONES
	5976	6.0	94.9	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.