ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAM.FR-030
Versión: 1	Fecha Actualización: 09/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-3645B	Fecha Inicio	29/09/2021 12:27	Fecha Fin	29/09/2021 3:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		

			Filtro Central (Desgaste)					SI		NO				
								SI		NO				
								SI		NO				
								SI		NO				
								SI		NO				
								SI		NO				
								SI		NO				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	HASP	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 94%)	(5 l/m)	(5 l/m)	(5 l/m)	(LO-EE)	(D - Izq)	(D - Izq)	(D - Izq)	BASE (D - MCI)	MANILA (D - MCI)	(D-Izq)	Mto Preventivo
	1824	6.1	91.9	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 h	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	HASP	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 94%)	(5 l/m)	(5 l/m)	(5 l/m)	(LO-EE)	(D - Izq)	(D - Izq)	(D - Izq)	BASE (D - MCI)	MANILA (D - MCI)	(D-Izq)	Funciona Correctamente
	1849	6.0	92.9	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.