

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MV-4815B** Fecha Inicio: **06/04/22** 7:31 Fecha Fin: **06/04/22** 9:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
			filho lateral	1			No
							No
							No
							No
							No
							No
							No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Fuga a C" (20-25)				BASE (20-40)	BARRA (20-40)		
	2694	60	M3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma	No								
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena									
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: **según ruta: Sonido normal**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a C (Cierre Flujo a C)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - ES)	ES
2	Fuga Mañana	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S.L-LD-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Fuga a C" (20-25)				BASE (20-40)	BARRA (20-40)		
	2695	60	94	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Comate fuercosamente Wilmaly