



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MIN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:
Codigo Equipo: M725519433Y Fecha Inicio: 08/04/22 9:47 Fecha Fin: 08/04/22 10:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns for equipment status and dates. Includes rows for 'EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' and 'FECHA INICIO AISLAMIENTO'.

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Man. Preventivo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fuga', 'Condición eléctrica', 'Prueba de alarma', etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. (Empty rows)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Flujo = 0 (Cierre flujo/vent)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Final maintenance form with sections: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Comento procedimiento' and 'Whitney'.