

Fecha Remisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mecánico: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-1930 B** Fecha Inicio: **08/04/22** T: **07** Fecha Fin: **08/04/22** 17:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flejo a 5" (SI/NO)				SASE (SI/NO)	WALKA (SI/NO)	SI/NO		
22552	6.0	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Man. 2. prearrubos	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 2 hrs		Generó Alarma: No		Cual? _____									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Molas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: **Segun ruta: Alarma Amarilla**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 5 (Cierre Rajón)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flejo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de cierre	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flejo a 5" (SI/NO)				SASE (SI/NO)	WALKA (SI/NO)	SI/NO		
22552	6.0	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Conexión Fines de mantenimiento	
FIRMA MANTENIMIENTO: Wibmo Ce															